

正 本

檔 號：

保存年限：

臺北市政府衛生局 函

100001

臺北市中正區開封街1段105號4樓之9

受文者：台北市醫療器材商業同業公會

發文日期：中華民國113年11月20日

發文字號：北市衛食藥字第1133162175號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

地址：110204臺北市信義區市府路
1號東南區1樓

承辦人：劉庭羽

電話：1999(外縣市02-27208889)
轉7077

傳真：(02)2720-5321

電子信箱：ad9849@gov.taipei

主旨：有關健康天使股份有限公司四維廠回收「健康天使 醫用立體口罩(未滅菌) (衛部醫器製壹字第009306號，製造日期：2022.10.26，批號：3119221026)」產品一案，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據彰化縣政府113年11月18日府授衛藥字第1130442745 A號函辦理。
- 二、案係旨揭產品外包裝標示許可證字號「衛生醫器製壹字第009306號」與原核准之許可證字號「衛部醫器製壹字第009306號」不符，違反醫療器材管理法規定。
- 三、為維護民眾權益及其使用醫療器材之安全，請協助轉知所屬會員，倘有陳列販售旨揭醫療器材，應配合旨揭公司回收作業，並確實依據醫療器材管理法等相關規定辦理。

正本：台北市醫療器材商業同業公會、臺北市儀器商業同業公會、台北市醫師公會、臺北市藥師公會、台北市藥劑生公會

副本：

局長黃建華

本案依分層負責規定授權人員決行